



**Вниманию пользователей
продукции «Акку-Чек»**

Исх. № 20170424-исх-370
от 24 апреля 2017

г. Москва

Уважаемые партнеры!

Настоящим ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» (далее – «Компания»), уполномоченный представитель Roche Diabetes Care GmbH, производителя медицинских изделий линейки Акку-Чек, выражает Вам свое почтение и сообщает следующее:

Компанией было обнаружено, что на медицинские изделия Тест-полоски «Акку-Чек Перформа» №100 (Accu-Chek Performa Strips №100), (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/1305 от 10 января 2017 года), артикульный номер 06454038136, (далее – «изделие») серий, указанных далее по тексту, была ошибочно нанесена маркировка в виде знака «ЕАС», которая не предусматривается для данного изделия.

Маркировка знаком «ЕАС» наносится на экспресс-анализаторы (глюкометры) портативные линейки Акку-Чек Перформа на основании Декларации о соответствии Таможенного союза, номер ТС N RU Д-ДЕ.РЦ01.В.00111 от 16 ноября 2016 года (копия прилагается). Нанесение такой маркировки на расходные материалы к данным глюкометрам, в том числе на тест-полоски, не предусматривается.

Компания выявила возможность наличия знака «ЕАС» на изделиях со следующими номерами лотов (серий):

Номер лота (серии)	Срок годности
475441	31.03.2018
475444	30.04.2018
475445	30.04.2018
475471	30.04.2018
475477	30.04.2018
475526	31.03.2018
475565	31.03.2018
475627	30.04.2018

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»

ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
Бизнес-центр «Вивальди Плаза»
Москва, Россия, 115114

Тел.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru

Roche Diabetes Care Rus LLC

2 Letnikovskaya Street, bldg. 2
Business Center «Vivaldi Plaza»
Moscow, 115114, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru

Компания сообщает о том, что других несоответствий в маркировке данного медицинского изделия, а также других изделий, поставляемых Компанией, выявлено не было.

Медицинский риск по данному несоответствию отсутствует. Дополнительных действий со стороны пользователя не требуется.

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь в Информационный центр Акку-Чек по телефону: 8-800-200-88-99 (круглосуточно, звонок бесплатный из всех регионов России) или в Консультационный центр в вашем регионе. Адреса Консультационных центров можно уточнить на сайте www.accu-chek.ru.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»

Исполнитель: Крыленко М.И.,
(495) 229-69-95



В.В. Карпухин